

NEU

SDL - Speed DW-Line Manometer mit Druckmittler für Nahrungsmittel- / Bio- / Pharmaindustrie









DW-Line (Double Weld)

- Manometer mit Druckmittler verschweißt, nicht verschraubt
- keine außenliegende Füllbohrung, damit kann keine Leckage auftreten
- die Teile sind äußerlich leicht zu reinigen

- NG 63 und NG 100
- Anschluss unten oder rückseitig
- ohne und mit Gehäusefüllung
- Messstoffberührte Teile: CrNi-Stahl 316L
- Füllflüssigkeit: FN1
Pflanzenöl, lebensmitteltauglich
- Anzeigebereiche: ab 0-2,5 bar bis 0-25 bar
auch 1/+1,5; -1/+3; -1/+5 und -1/+9 bar
- MDM 7340 DN 25 und MDM 7340.6 NPS 1" / 25 ab 0-4 bar
- t_R (max. Reinigungstemperatur): +150 °C



Manometer + Druckmittler		DN	PN
 RCh63 /100-3vDW mit 7310vd8, Kegelstutzen und Nutmutter DIN 11 851  Manometer Datenblatt NG 63 1211.7 NG 100 1201.7	Druckmittler Datenblatt 7300	25	40
		32	40
		40	40
		50	25
 RCh63 /100-3vDW mit  Manometer Datenblatt NG 63 1211.7 NG 100 1201.7	Druckmittler Datenblatt 7300	25	40 ¹⁾
		38	40 ¹⁾
		51	40 ¹⁾
		25	40 ¹⁾
		32	40 ¹⁾
		40	40 ¹⁾
		50	40 ¹⁾
7340.6vd8 Tri-Clamp Druckmittler Datenblatt 7300	1" /25	40 ¹⁾	
	1½"/38	40 ¹⁾	
	2" /51	40 ¹⁾	
 RCh63 /100-3vDW mit  Manometer Datenblatt NG 63 1211.7 NG 100 1201.7	Druckmittler Datenblatt 7301	DN	PN
		50	25
7313vd8 Varivent® für Variline® Gehäuse D 50 für Gehäuse DN 25 und 1"		68	16 ²⁾
7313vd8 Varivent® für Variline® Gehäuse D 68 für Gehäuse DN 40-DN 125 und 1½"-4"			

¹⁾ Die angegebenen Nenndrücke PN gelten für die Druckmittler. Etwaige Einschränkungen durch die verwendeten Prozessanschlussteile sind zu berücksichtigen. Gegebenenfalls sind verstärkte Klammern und Nutmuttern zu verwenden.

²⁾ max. Messbereich 16 bar

Mehrpreise

Gehäusefüllung Glycerin

Anschluss rückseitig ausmittig

Anschluss rückseitig mittig

Optionen und Zubehör auf Anfrage, z. B. Füllflüssigkeit FN2 mit FDA-Zulassung

Ausgabe: Februar 2012 - gültig bis 31.12.2012



Vertrieb und Export Süd, West, Nord
ARMATURENBau GmbH
 Manometerstraße 5 • D-46487 Wesel - Ginderich
 Tel.: (0 28 03) 91 30-0 • Fax: (0 28 03) 10 35
 armaturenbau.de • mail@armaturenbau.com



Tochterfirma, Vertrieb und Export Ost
MANOTHERM Beierfeld GmbH
 Am Gewerbepark 9 • D-08344 Grünhain-Beierfeld
 Tel.: (0 37 74) 58-0 • Fax: (0 37 74) 58-545
 manotherm.de • mail@manotherm.com